
SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU

36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18

Telefon i telefaks: 036/515-514-5

Broj: 01-1718/4

Datum: 20.04.2018.godine

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI:

– DOBRA-

**- NABAVKA I ISPORUKA APARATA ZA DIREKTNO
ODREĐIVANJE HbA1c-**

Javna nabavka male vrednosti broj 07/2018

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti br. 07/2018 (dobra) - Nabavka i isporuka aparata za direktno određivanje HbA1c:

- Menja se str. 7/32 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na dodatne uslove - Tehnički kapacitet i ista sada glasi:

Tehnički kapacitet:

Potrebno je da Ponuđač raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom - da raspolaže sistemom poslovanja usaglašenim sa zahtevima standarda: ISO 9001.

Dokaz: Fotokopija sertifikata ISO 9001 ili Izjava (Obrazac br. 7).

- Menja se Obrazac br. 9 – Ponuda, na strani 27/32 konkursne dokumentacije i sada glasi:

OBRAZAC br. 9.

**PONUDA ZA
NABAVKA I ISPORUKA APARATA ZA DIREKTNO ODREĐIVANJE HbA1c
JNMV BR. 07/2018**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE APARATA:

- aparat za automatsko, direktno određivanje samo HbA1c (bez dodatnih parametara)
- HPLC metoda
- potpuno automatizovan (automatsko miksiranje uzoraka, automatska identifikacija uzoraka – barkod čitač)
- mogućnost rada iz pune krvi i razblažene krvi
- autoloader sa minimum 50 uzoraka
- brzina rada: minimum 20 testova/h
- LCD touch-screen
- ugrađen štampač
- ugrađen barkod skener
- tri sistematska reagensa
- bakrodirani reagensi (komplet dva reagensa + lizer), kontrola, kalibrator
- stabilnost reagensa nakon otvaranja minimum 120 dana
- pakovanje kontrole za minimum 50 kontrola
- opseg merenja 4%-17%
- memorija: minimum 20.000,00 rezultata
- grafički prikaz rezultata merenja

Datum:

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

M.P.