



merkur  
VRNJAČKA BANJA

Budi zdravlje

Naš broj: 01-1912/2

Datum: 19.04.2018.



Dana 19.04.2018. godine zainteresovano lice nam se obratilo sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti br. 07/2018 (dobra) - Nabavka i isporuka aparata za direktno određivanje HbA1c:

Pitanje br. 1

Da li potencijalni ponuđači, u cilju obezbeđivanja konkurencije među ponuđačima, mogli da ponude aparat za direktno određivanje HbA1c, koji poseduje bolje tehničke karakteristike (veća brzina, bolja preciznost, manji CV, manja veličina uzoraka...) i omogućava visok kvalitet i preciznost u izdavanju rezultata, ali ne ispunjava zahteve koji su periferni i ne unapređuju rad na samom aparatu (LCD ekran na dodir nije u boji i memorija samog aparata je manjeg kapaciteta od zahtevanog, ali uz memorijski stik bi zahtev iz tenderske dokumentacije bio ispunjen)?

Pitanje br. 2

Obzirom da ste na strani 7 KD kao dokaz ispunjenosti dodatnog uslova da pri sastavljanju ponude ponuđač poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine naveli:

„Potrebno je da Ponuđač raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom - da raspolaže sistemom poslovanja usaglašenim sa zahtevima standarda: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Dokaz: Fotokopija sertifikata ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 ili Izjava (Obrazac br. 7).“  
a imajući u vidu da se standardi ISO 14001 i OHSAS 18001 odnose na zaštitu životne sredine (Standard ISO 14001 koji je po pristupu i strukturi sličan standardu ISO 9001 doprinosi proširenju aktivnosti preduzeća na područja koja nisu u vezi sa kupcem i kvalitetom proizvoda i usluga, veći na uticaj prema okolini, smanjenju zagađenja, otpada, potrošnje energije i slično) tj na bezbednost i zdravlje na radu (OHSAS 18001), te da ta dva standarda nisu objektivno potrebna i neophodna za realizaciju javne nabavke, a pošto važeći Zakon o javnim nabavkama propisuje da se dokazivanje ispunjenosti gore navedenog dodatnog uslova dokazuje izjavom koju ponuđači prilažu (Obrazac br. 7), molimo Vas da izmenite KD u tom smislu, tj. da pomenuta dva standarda isključite kao elementa dokaza.

Odgovori:

1. LCD ekran na dodir ne mora biti u boji a u skladu sa čime je Naručilac izvršio Izmenu konkursne dokumentacije.  
Kada je reč o memoriji, Naručilac insistira na predviđenom minimumu i to pre svega zbog velikog obima posla, tj. analiza koje Naručilac svakodnevno obavlja.
2. Naručilac je izvršio i objavio Izmenu konkursne dokumentacije u skladu sa napred navedenim pitanjem.

